

Потенциальным поставщикам

**Приглашение на участие в закупе медицинских изделий по 1 лоту  
способом запроса ценовых предложений**

В соответствии с пунктом 103 главы 10 постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 Об утверждении Правил организации и проведения закупок лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг (далее - Правила), приглашаем на участие в закупке **медицинских изделий** по 1 лоту (далее-Товар), согласно Приложению 1 к настоящему письму способом запроса ценовых предложений.

Потенциальный поставщик, изъявивший желание осуществить поставку Товаров, являющихся предметом проводимых закупок способом запроса ценовых предложений, должен предоставить организатору закупок документы в соответствии с пунктом 108 главы 10 Правил.

На основании изложенного, приглашаем Вас принять участие в закупке Товаров способом запроса ценовых предложений. Перечень, количество, описание, технические характеристики, срок и место поставки указаны в Приложении 1 к настоящему приглашению.

В случае если изъявите желание принять участие в закупке Товара способом запроса ценовых предложений, просим Вас в срок до **17:00 часов 30 апреля 2020 года (включительно)** предоставить ценовое предложение по форме, согласно Приложению 1 к настоящему письму, организатору закупок — ГКП на ПХВ «Аксуская центральная районная больница» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области», по адресу: Алматинская область, Аксуский район, с. Жансугурова, ул. Жансугурова 1

*Приложение на 2 листах.*

Директор



Балтабаев А.К.

## Перечень закупок медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Характеристика	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед.	Сумма	Срок	Место поставки
1	Шприцевой насос	<p><b>Тип насоса-</b> Шприцевой</p> <p><b>Классификация-</b> Защита от дефибриляции, тип CF (Cardiac Floating), Класс защиты II, соотв. требованиям</p> <p>IEC/EN 60601-1, Класс II в соответствии с Директивой Европейского Совета 93/42/ЕЕС <b>Защита от влаги-</b> IP34: защита от жидкостей (защита от брызг, падающих в любом направлении) защита от посторонних предметов диаметром <math>\geq 2,5</math> мм <b>EMV-</b> IEC/EN 60601-1-2, IEC/EN 60601-2-24, EN 55011</p> <p><b>Автоматическое определение размера шприца - 2/3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 30 мл, 50/60 мл-</b> Встроено по умолчанию автоматическое определение шприца по размеру и производителю.</p> <p><b>Установка объема-</b> Предварительный выбор объема 0,1 мл - 9,999 мл с шагом 0,01 мл/ч <b>Данные о препарате--</b> Отображает название лекарственного средства до 34 символов.</p> <p>- <b>Категория «Tall man»</b> для введения лекарственного средства</p> <p>- Концентрация в дозированных единицах (например, xx мг в 50 мл)</p> <p>- Значение по умолчанию для непрерывной скорости в мл/ч и в стандартной дозировке</p>	штука	2	780 000	1 560 000	по графику заявки Заказчика	Алматинской областью, по адресу: Алматинская область, Аксуевский район, с. Жансугурова, ул. Жансугурова 1, склад Заказчика

	<p>- <b>Softlimit</b> (мягкие ограничения) для макс. или мин. расход/дозировка с предупреждением при превышении заданных порогов.</p> <p>- <b>Hardlimit</b> (жесткие ограничения) для макс. или мин. скорость потока / дозировка, которая не может быть превышена и блокируется насосом.</p> <p>- <b>Softlimit</b> для макс. или мин. болос / скорость с предупреждением при превышении.</p> <p>- <b>Hardlimit</b> для макс. или мин. болос количество/скорость болкоса, которые не могут быть превышены и отброшены насосом.</p> <p>- Уровень давления настраивается для каждого отдельного препарата</p> <p>- Выбор разных цветов для одного препарат (8 цветов).</p> <p><b>Гарантия</b>-2 года от Производителя</p> <p><b>Сервисный интервал проверки</b>- Каждые 2 года локальным сервисным инженером компании</p>						
<b>ИТО ГО</b>					<b>1 560 000</b>		